

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na **Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do
badań tribologicznych**

Znak sprawy: SZ.26.2.2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 21.08.2021 r., Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. nr 19 poz. 2019 z późn. zmianami), niniejszym składamy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1.** Czy wymagany parametr, a mianowicie "Maksymalna prędkość poślizgu co najmniej do 1 m/s" jest prawidłowy?
- 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dot. wykazu dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na następujący:

XIX. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1.3. wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca wykaże się przynajmniej dwoma zamówieniami **aparatury naukowo-badawczej** o wartości nie mniejszej niż: 140.000,00 brutto każda – załącznik nr 2 do SWZ.

Prośbę są motywujemy tym, iż tego typu specjalistyczne urządzenia nie są sprzedawane regularnie ze względu na specyfikę jak i ich wartość a dodatkowo ostatnie dwa lata pandemii wywołanej przez SARS-Cov2 znacząco wpłynęły na rynek zamówień / dostaw.

3. PPU § 9

a) Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych na następująco:

§ 9 ust 4 z 0,5% na 0,2%

§ 9 ust 5 z 0,5% na 0,2%

§ 9 ust 5 z 0,2% na 0,1%

b) Wnosimy o uzupełnienie zapisów w § 9 ust. 4-6 o sformułowanie „... jednak nie więcej niż 5% wartości netto umowy”

c) Wnosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych na :§ 9 ust 11 z 30% na 20%

Uzasadnienie: Wartość przedmiotu objętego w/w postępowaniem jest stosunkowo wysoka co znacząco może obciążyć Wykonawcę i wypłynąć na jego funkcjonowanie zwłaszcza w obecnym czasie spowolnienia gospodarki spowodowanego m.in. COVID-em.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający potwierdza, że wymagany parametr, a mianowicie "Maksymalna prędkość poślizgu co najmniej do 1 m/s" jest prawidłowy. Maksymalna prędkość poślizgu nie może być mniejsza niż 1 m/s.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dot. wykazu dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert.

Ad. 3a Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych.

Ad. 3b Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów w § 9 ust. 4-6 o sformułowanie „... jednak nie więcej niż 5% wartości netto umowy”.

Ad. 3c Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie łącznej wysokości kar umownych na :§ 9 ust 11 z 30% na 20%.

Termin składania i otwarcia ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu z dn. 17.08.2021 roku nie ulega zmianie.

Strona 2 z 2