

Warszawa, dn. 12.06.2015r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę seryjnie produkowanej analitycznej aparatury naukowo-badawczej”.

Pytanie do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Jakiego parametru falistości zamawiający wymaga w urządzeniu?
Dotyczy zadania nr 8: miernik chropowatości

Odpowiedź:

Jeśli pomiar falistości nie jest pomiarem standardowym w przyrządach zamawianej klasy - to z pomiaru falistości rezygnujemy, zachowując jednocześnie zdolność odfiltrowywania przez przyrząd ew. wpływu falistości na pomiar wartości parametrów chropowatości.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH**

[Signature]
mgr inż. Wojciech Dąbrowski

[Handwritten signature]